

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	成都市第四人民医院		
项目名称	成都市第四人民医院招核磁共振成像系统移机服务商采购项目		
项目背景	<p>根据医院总体安排，需将营门口院区现有的奥泰核磁共振成像系统移机至九江院区，为保证设备拆卸、运输、安装、调试的安全、顺利、快捷，确保医院临床工作的顺利进行和医疗安全，拟采购奥泰设备厂家移机服务（包括设备拆卸、运输、安装、调试及保险等）。因设备拆卸、运输、安装、调试有较高的专业要求，涉及硬件、软件、专用工具等专业知识及技能，对专业性有很高的要求；且上述设备部件都具有特殊性、唯一性，在拆卸、运输、安装过程中若有损坏只能更换原厂原装全新部件，其它替代部件的吻合度、兼容性都无法满足这些设备的正常运行要求。为保证与设备的配套性和吻合度，使设备拆装之后仍然能够正常运行，确保对患者的诊疗质量及诊疗安全，只能由上述设备生产厂家指定的唯一售后服务机构，故拟采用单一来源采购方式进行采购。</p> <p style="text-align: center;">拟推荐供应商：奥泰医疗系统有限责任公司 地址：四川省成都市高新西区天勤路 201 号</p>		
专业人员论证意见	<p>成都市第四人民医院现使用的奥泰公司生产的磁共振成像系统移机到九江院区，为了保证设备拆卸、运输、安装、调试的安全、顺利、快捷，确保该院临床工作的顺利进行和医疗安全，只能由原厂的移机服务。</p> <p>因该设备是奥泰公司自主研发生产的，具有专利性，其维护、维修、保养、移机工作需由该公司培训并授权的工程师才能完成，且移机中可能需要更换的零配件也只有奥泰公司独家生产，其它厂家的零配件不能与之很好匹配，只能使用原厂零配件，故建议采用单一来源方式采购，奥泰公司是该机生产厂家也是唯一售后服务机构，故推荐奥泰医疗系统有限责任公司进行。</p>		
姓名	廖斌	工作单位	成都中医药大学附属医院 职称 副主任医师

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	成都市第四人民医院				
项目名称	成都市第四人民医院招核磁共振成像系统移机服务商采购项目				
项目背景	<p>根据医院总体安排，需将营门口院区现有的奥泰核磁共振成像系统移机至九江院区，为保证设备拆卸、运输、安装、调试的安全、顺利、快捷，确保医院临床工作的顺利进行和医疗安全，拟采购奥泰设备厂家移机服务（包括设备拆卸、运输、安装、调试及保险等）。因设备拆卸、运输、安装、调试有较高的专业要求，涉及硬件、软件、专用工具等专业知识及技能，对专业性有很高的要求；且上述设备部件都具有特殊性、唯一性，在拆卸、运输、安装过程中若有损坏只能更换原厂原装全新部件，其它替代部件的吻合度、兼容性都无法满足这些设备的正常运行要求。为保证与设备的配套性和吻合度，使设备拆装之后仍然能够正常运行，确保对患者的诊疗质量及诊疗安全，只能由上述设备生产厂家指定的唯一售后服务机构，故拟采用单一来源采购方式进行采购。</p> <p style="text-align: right;">拟推荐供应商：奥泰医疗系统有限责任公司 地址：四川省成都市高新西区天勤路 201 号</p>				
专业人员论证意见	<p>该设备目前由营门口的奥泰MRI拆机至九江院区。MRI拆机、运输、安装、调试、涉及拆卸、运输、安装、调试等。在拆机过程中涉及设备、软件、专用工具等。其专业性要求高。在拆机过程中若有损坏，只能更换原厂原装全新部件。其他公司的部件兼容性不强，无法保证设备的正常运行。因此，建议采用单一来源采购方式。奥泰医疗系统有限责任公司是厂家的唯一售后服务机构。建议从奥泰医疗系统有限责任公司采购。</p>				
姓名	纪江	工作单位	成都市第四人民医院	职称	副主任医师

单一来源采购专业人员论证意见

采购单位	成都市第四人民医院				
项目名称	成都市第四人民医院招核磁共振成像系统移机服务商采购项目				
项目背景	<p>根据医院总体安排，需将营门口院区现有的奥泰核磁共振成像系统移机至九江院区，为保证设备拆卸、运输、安装、调试的安全、顺利、快捷，确保医院临床工作的顺利进行和医疗安全，拟采购奥泰设备厂家移机服务（包括设备拆卸、运输、安装、调试及保险等）。因设备拆卸、运输、安装、调试有较高的专业要求，涉及硬件、软件、专用工具等专业知识及技能，对专业性有很高的要求；且上述设备部件都具有特殊性、唯一性，在拆卸、运输、安装过程中若有损坏只能更换原厂原装全新部件，其它替代部件的吻合度、兼容性都无法满足这些设备的正常运行要求。为保证与设备的配套性和吻合度，使设备拆装之后仍然能够正常运行，确保对患者的诊疗质量及诊疗安全，只能由上述设备生产厂家指定的唯一售后服务机构，故拟采用单一来源采购方式进行采购。</p> <p style="text-align: center;">拟推荐供应商：奥泰医疗系统有限责任公司 地址：四川省成都市高新西区天勤路 201 号</p>				
专业人员论证意见	<p>成都市第四人民医院需将营门口院区现有的奥泰核磁共振成像系统移机至九江院区。因设备拆卸、运输、安装、调试有较高的专业要求，涉及硬件、软件、专用工具等专业知识及技能，对专业性有很高的要求；且上述设备部件都具有特殊性、唯一性，在拆卸、运输、安装过程中若有损坏只能更换原厂原装全新部件，其他替代部件的吻合度、兼容性都无法满足这些设备的正常运行要求。为保证与设备的配套性和吻合度，使设备拆装后正常运行，确保对患者的诊疗质量及诊疗安全，只能由奥泰厂家指定的唯一售后服务机构执行。因此推荐采用单一来源采购方式进行采购。拟推荐供应商为奥泰医疗系统有限责任公司。</p>				
姓名	彭克军	工作单位	成都医学院	职称	教授